

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 コロンビア寒天培地 局方対応
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	黄色がかった茶色で透明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 7.1~7.5	合格
発育試験 <i>Clostridium sporogenes</i> NBRC 14293	発育良好*1	合格
特記事項	本製品は三薬局方に準拠しています。 *1 試験菌100cfu以下を接種し、30~35℃、嫌気培養にて48時間以内に確認	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect