

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 XLD寒天培地 局方対応
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	透明で赤色である*1	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 7.2~7.6	合格
発育試験 <i>Salmonella abony</i> NCTC 6017	発育良好*2 赤色で中心は黒色のコロニーを形成する	合格
特記事項	本製品は三薬局方に準拠しています。 *1 培地中に結晶の析出が見られることがありますが、培地性能に影響ありません。 *2 試験菌100cfu以下を接種し、30~35℃、好気培養にて18時間以内に確認	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect