

2020年12月7日

お客様各位

Φ60 シャーレ仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ではございますが仕様を変更させて頂く事となりましたので下記にご案内申し上げます。

袋の仕様が変更となっておりますが滅菌に関しては問題ございませんのでご安心ください。

引き続きアテクトの衛生検査器材をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

不織布部有りの袋から不織布部無しに変更（材質変更なし）

■変更事由

- ・滅菌方法を電子線滅菌へ統一し、不織布部が不要になった為
- ・不織布部のシール溶着不足の完全解消の為

■変更時期

2020年12月 次回製造分以降

以上