

## 試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 卵黄加マンニット食塩寒天培地  
ロット番号 : \*\*\*\*\*  
製造日 : \*\*\*\*年\*\*月\*\*日  
有効期限 : 製造日より6ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	淡い赤色である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 7.4±0.2	合格
発育試験 <i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276	発育良好*1 培地を黄変し、コロニー周辺にハローを形成する	合格
<i>Staphylococcus epidermidis</i> IFO 12993	発育するが、ハローを形成しない*1 培地を黄変しない	合格
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	発育するが、ハローを形成しない*1 培地を黄変しない	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	ほとんど発育しない*1 培地を黄変せず、ハローを形成しない	合格
特記事項	*1 35℃にて2日間培養後に判定	
総合判定		合格

判定日	品質保証責任者	試験担当者
****年**月**日		

atect